

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物 品 番 号	仕 様 書 番 号	
患者監視装置	GM-T 1 0 5 9 5 6 C	
	作 成	平成 7 年 6 月 3 0 日
	変 更	平成 2 3 年 1 0 月 5 日
	作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の重要パラメータ付き多項目モニタについて規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1による。

#### 1.2.1

##### 市販品

一般市場に流通している物品で、カタログ等によって明確にされているものをいう。

#### 1.2.2

##### カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

NDS Z 8 0 1 1 角形銘板

#### b) 仕様書

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### c) 法令等

薬事法（昭和 3 5 年法律第 1 4 5 号）

薬事法施行規則（昭和 3 6 年厚生省令第 1 号）

## 2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3 製品に関する要求

### 3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

### 3.2 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “薬事法”によって、医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は、“薬事法施行規則”によって、医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているもの、又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

### 3.3 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 製品の表示は、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

## 4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 5 出荷条件

### 5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.1による。

### 5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、GLT-CG-Z000001の4.2による。

## 6 その他の指示

### 6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

### 6.2 納入書類

#### 6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表（様式適宜） 1部
- c) 納入品カタログ 1部

#### 6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

### 6.3 搬入調整

搬入調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て及び調整を行うものとする。

## 調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	GM-T105956C
調達要求年月日	. .	作成年月日	平成23年10月 5日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部 衛生部

### 1 調達品目

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>
重要パラメータ付き多項目 モニタ	GEヘルスケア(株) ベッドサイドモニタ D a s h 3 0 0 0 フクダ電子(株) 生体情報モニタ D S - 7 1 0 0 日本光電工業(株) ベッドサイドモニタ B S M - 2 3 0 3 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
<b>注<sup>a)</sup></b> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

### 2 構成品

品名	GEヘルスケア(株)	数量 <sup>a)</sup>	フクダ電子(株)	数量 <sup>a)</sup>	日本光電工業(株)	数量 <sup>a)</sup>
本体	D a s h 3 0 0 0	1	D S - 7 1 0 0	1	B S M - 2 3 0 3	1
バッテ リ	D S H B A T T	1	T 4 U R 1 8 6 5 0 F 2 4 6 4 4	1	1 0 H R - 4 / 3 F A U C - N K	1
架台	R o l l S t a n d	1	O T O - 0 2	1	K C - 0 1 3 P	1
カフ類	デュラ・カフ 成人用	1	成人用カフC U F - 7 1 0 2 A	1	成人用カフ Y P - 7 0 3 T	1
	デュラ・カフ 幼児用	1	新生児用ディ スポカフC U F - N e o X L 9 9 8 4 8	1	幼児用カフ Y P - 9 6 0 T	1
	デュラ・カフ 小児用	1	新生児用ディ スポカフC U F - N e o S 9 9 8 0 1	1	新生児用ディ スポカフ Y P - P 8 2 2 P	1

調達品目表（続き）

2 構成品（続き）						
品名	G Eヘルスケア(株)	数量 <sup>a)</sup>	フクダ電子(株)	数量 <sup>a)</sup>	日本光電工業(株)	数量 <sup>a)</sup>
カフ類	新生児ディスポーザ・カフ# 1	1	_____	_____	_____	_____
	新生児ディスポーザ・カフ# 2	1				
	新生児ディスポーザ・カフ# 3	1				
温度プローブ	4 0 1 J	1	4 0 1 J	1	4 0 1 J	1
	4 0 2 J	1	4 0 2 J	1	4 0 2 J	1
	4 0 9 J	1	4 0 9 J	1	4 0 9 J	1
センサ	S p O <sub>2</sub> センサ	1	成人用 D S 1 0 0 A	1	_____	_____
	_____		小児指先用 D - 2 0	1		
			新生児足用 N - 2 5	1		
ケーブル類	MLクリップ3リード130 c m	1	クリップ電極 リード C M F - 7 0 0 - 3	1	レコーダモジュール W S - 2 3 1 P	1
	MLクリップ5リード130 c m	1	心電中継コード C I - 7 0 0 D - 3	1	新生児用中継エアホース Y N - 9 2 1 P	1
	ML 5 リードケーブル3. 6 m	1	エアホース O A - 7 1 0 9 B	1	S p O <sub>2</sub> 用プローブ T L - 2 0 1 T	1
	勧血血圧ケーブル3. 6 m	1	インターフェースケーブル C J - 4 1 0	1	幼児用ディスポオキシプローブP 2 0 4 H	1
	N B Pカフチューブ, 成人用, 3. 6 m	1	S p O <sub>2</sub> 中継ケーブル D O C - 1 0	1	新生児用ディスポオキシプローブ P 2 0 4 G	1
	N B Pカフチューブ, 新生児用, 2. 4 m	1	クリアローデ T E - 1 5 1	1	_____	_____

## 調達品目表（続き）

### 2 構成品（続き）

品名	G Eヘルスケア(株)	数量 <sup>a)</sup>	フクダ電子(株)	数量 <sup>a)</sup>	日本光電工業(株)	数量 <sup>a)</sup>
ケーブル 類 ( 続 き)	体温用ケーブルデ ュアル, 5 0 c m	1	—	—	—	—
	ペイシェントアダ プタ 3. 6 m	1				
そ の 他	ベッドレールフッ クアップキット G E M - M O U N T - B A K U B	1	マウントキッ ト O A - 4 5 1	1	フック D Z - 2 3 0 P	1

**注<sup>a)</sup>** 規定の数量と異なる場合は、調達要領指定書によって指定する。

### 3 性能

性能は、次によるほか、製造者の定めた仕様及び規格による。

- a) 本品は、成人、小児、幼児及び新生児までのカフに対応するものとする。
- b) 心電図、呼吸、S p O<sub>2</sub>及び血圧の同時モニタリングが可能であるものとする。
- c) 非観血血圧、勧血血圧、不整脈検知及び体温確認ができるものとする。
- d) 5 波形以上の表示ができるものとする。
- e) 表示トレースは、6 トレース以上とする。
- f) S T 計測が可能なものとする。
- g) バッテリーを有し、3 時間以上稼働できるものとする。
- h) 患者データを、2 4 時間以上記録できるものとする。
- i) 日本語表示できるものとする。
- j) 本体寸法は、W 3 5 0 mm×D 2 5 0 mm×H 3 5 0 mm以下とし、患者搬送時の持ち運びが可能なものとする。
- k) 8. 4 インチ以上のカラーディスプレイを有するものとする。
- l) ベッドサイド及びストレッチャーに取り付けられるものとする。